Warszawa, dn. 7 kwietnia 2017 r.

L.dz. 1771/2017

Do wszystkich Wykonawców
przetargu nieograniczonego
P/07/DSM II/2017

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 Pzp, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 brzmi:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 11 poz. 1 – 9 igieł pakowanych sterylnie w opakowanie zapobiegające rozszczelnieniu typu papier-folia z widoczną datą ważności na każdym opakowaniu.
Odpowiadamy:
Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł pakowanych pojedynczo, w opakowania typu „papier-folia”, zapewniających, że wyrób jest całkowicie widoczny, a jednocześnie zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych. Opakowanie zewnętrzne musi zagwarantować sterylność wyrobu przez cały okres przydatności do użycia.

Pytanie nr 2 brzmi:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 11 poz. 4 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 25Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx38mm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 brzmi:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 11 poz. 8 igły Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G/9cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 brzmi:
Część 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń lędźwiowych ze szlifem Quincke 22G x 40mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 brzmi:
Część 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 22G x 90mm, bez igły prowadzącej ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 brzmi:
Część 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 25G x 120mm ?

Odpowiadamy:.
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 25G x 120mm.

Pytanie nr 7 brzmi:
Część 11, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 25G x 120mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 brzmi:
Część 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 25G x 90mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 brzmi:
Część 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 26G x 90mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 brzmi:
Część 11, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point 27G x 90mm z igłą prowadzącą 22G x 34mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 brzmi:
Część 11, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy w rozmiarze 18G x 90mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 brzmi:
Część 11, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Standard z ostrzem Quincke 25G x 90mm z igłą prowadzącą 20G x 34mm ?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 brzmi:
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę w rozmiarze 0,45x22mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, złożenia oferty na igłę w rozmiarze 0,45x22mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 brzmi:
Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 25
Przy podawaniu leków wrażliwych na światło, niezwykle ważne jest, aby cała linia infuzyjna, zarówno butelka i przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zabezpieczona była przed światłem. Używanie przyrządu do podawania leków światłoczułych bez osłonięcia butelki

z lekiem, nie gwarantuje bezpieczeństwa infuzji. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze czarnym/bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę przed światłem?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w kolorze czarnym/bursztynowym był zapakowany w sterylne opakowanie, razem z osłonką zabezpieczającą butelkę przed światłem.

Pytanie nr 15 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę o długości 156,5mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na igłę o długości 156,5 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 1-4

Czy Zmawiający dopuści złożenie oferty na cewniki do karmienia wykonane z medycznego PCV bez zawartości ftalanów, które nie posiadają oznakowania o braku ftalanów na opakowaniu ale taka informacja znajduje się w katalogu producenta oraz w oświadczeniu producenta dołączonym do oferty, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych CH16 długość 60cm, posiadające łącznik w kolorze odpowiadającym rozmiarowi cewnika, zgodnie z normą ISO, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki Foleya pakowane podwójnie w opakowanie folia, papier-folia, sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren o długości 200cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dren o długości 200cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Pytanie nr 20 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren wielokanalikowy wykonany z wysokiej jakości miękkiego nietoksycznego medycznego PCV, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dren wielokanalikowy wykonany z wysokiej jakości miękkiego nietoksycznego medycznego PCV, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Pytanie nr 21 brzmi:

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren wielokanalikowy wykonany z wysokiej jakości miękkiego nietoksycznego medycznego PCV, posiadający 18 kanalików o długości 25cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dren wielokanalikowy wykonany z wysokiej jakości miękkiego nietoksycznego medycznego PCV, posiadający 18 kanalików o długości 25cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 brzmi:

Dotyczy projektu umowy §4 ust 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust 3w sposób następujący:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę"

Wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę stawki VAT jest konieczne, ponieważ nie jest to zależne od żadnej ze stron podpisującej umowę. Na przełomie roku 2015/2016 nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej.

Podniesienie stawki VAT o 15 % bez możliwości zmiany ceny brutto, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystane dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanego przez nas zapisu, bądź innego rozwiązania, które umożliwi wykonawcom przygotowanie konkurencyjnych ofert bez obawy że w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, zostaną narażeni na straty.

Jednym z takich rozwiązań może być umieszczenie w projekcie zapisu mówiącego o tym, że w przypadku znacznej podwyżki podatku VAT np. powyżej 8%, możliwe jest rozwiązanie obowiązującej umowy za porozumieniem stron, przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czas ten pozwoli Zamawiającemu na przygotowanie nowego postępowania, które uwzględniałoby aktualne przepisy podatkowe.

Odpowiadamy:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie **34.**

Pytanie nr 23 brzmi:

Czy Zamawiający **w części 7 w pozycjach 21 i 23** dopuści sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania dostosowany do stosowania zarówno u pacjentów dorosłych jak i w pediatrii, z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komorą na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorą regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawka zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu zlokalizowany na tylnej

ścianie drenażu, zestaw o budowie kompaktowej z kwadratową stabilną podstawą umożliwiającą postawienie na podłodze oraz uchwytem umożliwiający przenoszenie lub powieszenie przy łóżku pacjenta, dren łączący bezlateksowy z systemem zabezpieczającym przed zagięciem, z możliwością odłączenia, zestaw ze strzykawką do wypełniania komory zastawki wodnej, podwójnie zapakowany z oznaczonym miejscem otwarcia?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 brzmi:

Czy Zamawiający **w części 10 w pozycji 5** dopuści zestaw cewników jednoświatłowych do wkłuć centralnych 16GA, o długości 20 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 brzmi:

Czy Zamawiający **w części 11 w pozycji 3** dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point w rozmiarze 25Gx120mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 brzmi:

Część 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-15 lub 1-17 i stworzenie z nich niezależnego pakietu ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 brzmi:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 4, pozycji 1-9 dopuści: kaniule do żył obwodowych, wykonane z poliuretanu, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniająca samoczynne otwieranie się korka portu kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, rozmiary:

- 26G - dł. 19mm; przepływ 19 ml/min
- 24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 brzmi:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 4, pozycji 10-15 dopuści: kaniule bezpieczną dożylną z portem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, rozmiary:

- 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min ?

Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 brzmi:
CZĘŚĆ 4, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami **Luer Lock** zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (**10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo**).
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 brzmi:
CZĘŚĆ 4, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami **Luer Lock** zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (**10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo**).
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 brzmi:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 oraz pozycji 17 z Części 4 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 brzmi:
Mając na względzie par. 4 ust. 5 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do siwz), stanowiący: *„… 5. W przypadku dokonania zapłaty w terminie 30-to dniowym, Wykonawca upoważniony jest do obniżenia wartości faktury o 3%. Fakt ten zostanie następnie potwierdzony przez Wykonawcę wystawieniem faktury korygującej.”*, wnosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis jest uprawnieniem dla Wykonawcy, czy wymaganiem Zamawiającego?
Wnosimy również o wyjaśnienie, jaka jest podstawa prawna przypadku, kiedy powyższa regulacja dotyczy wymagania Zamawiającego do realizacji korekty w sytuacji realizacji zapłaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania faktury.
Odpowiadamy:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w paragrafie 4 ust. 5 Projektu umowy , który otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku dokonania zapłaty w terminie 30-to dniowym, Zamawiający upoważniony jest do obniżenia wartości faktury o 3%. Fakt ten zostanie następnie potwierdzony przez Wykonawcę wystawieniem faktury korygującej.

Pytanie nr 33 brzmi:
Pytania dotyczące wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
Ad § 1 ust. 4 wzoru umowy**.**
Prosimy o dopisanie następującego zastrzeżenia: *Nie dotyczy sytuacji gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni*.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 brzmi:
Prosimy o zmianę §4 ust. 3 wzoru umowy na następujący:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez okres trwania niniejszej umowy”. Obecny zapis jest sprzeczny z §8 ust. 2 tiret drugie.
Odpowiadamy:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis §4 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez okres trwania niniejszej umowy.

Pytanie nr 35 brzmi:
Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 5.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 brzmi:
Ad § 6 ust. 1. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości niewykonanej części dostawy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 brzmi:
Ad § 6 ust. 2 i 3
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 21
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Przyrządu do pobierania z butelek płynów dożylnych, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45µm i filtr cząsteczkowy 5µm ze standardowym kolcem z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do pobierania z butelek płynów dożylnych, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45µm i filtr cząsteczkowy 5µm ze standardowym kolcem z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie.

Pytanie nr 39 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 23
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu loga na przyrządzie do przetaczania krwi TS.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu bez zamieszczonego logo na wyrobie.

Pytanie nr 40 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Przyrządu do przetaczania płynów IS infuzyjnych, igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, rolkowy regulator przepływu z otworem do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, końcówka luer lock, bez zawartości ftalanów.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 24
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu loga na przyrządzie do przetaczania krwi IS.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu bez zamieszczonego logo na wyrobie.

Pytanie nr 42 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 25
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Przyrządu do przetaczania płynów IS do leków światłoczułych, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm,

przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, rolkowy regulator przepływu z otworem do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, końcówka luer lock, bez zawartości ftalanów.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 25
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu loga na przyrządzie do przetaczania krwi IS leki światłoczułe.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu bez zamieszczonego logo na wyrobie.

Pytanie nr 44 brzmi:
Dotyczy Części 6, Pozycja 27
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia do pobierania płynów z butelek i worków posiadający:- wyprofilowany uchwyt; - ostro zakończony kolec; - zatyczkę zapewniająca szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie; z filtrem bakteryjnym 0,45 µ - zatyczka w kolorze zielonym
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 brzmi:
Pakiet 8 Poz. 1-4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem- fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu.
Odpowiadamy:
Tak, Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o dopuszczalnym czasie stosowania cewników do karmienia.

Pytanie nr 46 brzmi:
Pakiet 8 poz. 4-8
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wypukłego oznaczenia rozmiaru na konektorze?
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 47 brzmi:
Pakiet 8 poz. 4-8
Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki miały wewnętrzna część lejka karbowaną?
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 48 brzmi:
Pakiet 8 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik ma posiadać przeźroczysty konektor, co ułatwia wizualizację wydalanej wydzieliny
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika posiadającego przeźroczysty konektor, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49 brzmi:
Pakiet 8 poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki i łącznik z kontrolą ssania mają tworzyć ze sobą kąt ostry?
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, w którym cewnik i łącznik z kontrolą ssania tworzą ze sobą kąt ostry, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50 brzmi:
Pakiet 8 poz. 10
Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki było wykonane ze 100% silikonu?
Odpowiadamy:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 brzmi:
Pakiet 8 poz. 10
Czy cewniki Foleya silikonowe mają posiadać w zestawie strzykawkę pierwotnie napełnioną 10% roztworem gliceryny? Strzykawka wchodząca w skład zestawu, wypełniona roztworem gliceryny, jest odpowiednio przygotowana do napełnienia balonu i pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pacjenta, nie podrażając kosztów.
Odpowiadamy:
Zamawiający oczekuje zaoferowania: cewnik do pęcherza typu Foley silikonowy,
z balonem 1,5/3 ml oraz strzykawką z jałowym roztworem gliceryny, do długotrwałego pozostawienia w pęcherzu, 2-drożny, sterylnie pakowany. Rozmiar CH8. Pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 brzmi:
Pakiet 8 poz. 10
Czy cewnik Foley'a 100% silikon ma być przezroczysty celem wizualizacji cieczy?
Odpowiadamy:
Zamawiający wymaga, aby cewnik Foley'a 100% silikon był przezroczysty celem wizualizacji cieczy.

Pytanie nr 53 brzmi:
Pakiet 8 poz. 11-18
Prosimy o dopuszczenie cewników pakowanych podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia papier, co pozwoli na aseptyczne użytkowanie. Tylko tego typu opakowanie pozwala przeprowadzić cewnikowanie w sposób jałowy, znacząco ograniczając ryzyko rozwoju infekcji układu moczowego, równocześnie ograniczając koszty zamawiającego (poprzez skrócenie czas pobytu pacjenta w szpitalu i eliminację kosztów ewentualnej antybiotykoterapii).
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 54 brzmi:
Pakiet 8 poz. 24-30
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory mają mieć zaoblone krawędzie a ich średnica ma nie przekraczać 5mm?
Odpowiadamy:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55 brzmi:
Pakiet 8 poz. 31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu wielokanalikowego wykonanego z silikonu w rozmiarze 35cm, 12 kanalików.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 brzmi:
Pakiet 11 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Penil-Point 25Gx103mm z prowadnicą 20Gx32mm
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57 brzmi:
Pakiet 11 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Penil-Point 25Gx90mm z prowadnicą 20Gx32mm

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 brzmi:

Pakiet 11 poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Penil-Point 27Gx90mm z prowadnicą 20Gx32mm

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59 brzmi:

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 brzmi:

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane żele zawierały szkodliwe substancje konserwujące?

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 brzmi:

Część 5 poz. 1.poz.2

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP, widocznej w USG I RTG. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon**.** Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia korzystnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiadamy:

W odniesieniu do części 5 poz. 1 oraz poz. 2, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62 brzmi:

Część 5 poz. 5.poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych w rozmiarze 18 G (1,2 X 38) i 18 G w rozmiarze (1,2 x 45)

Odpowiadamy:

W odniesieniu do części 5 poz. 5 oraz poz. 6, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 brzmi:

Część 5 poz. 10-15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG ,bez systemu kapilarów.

Odpowiadamy:

W odniesieniu do części 5 poz. 10-15, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64 brzmi:

Część 5 poz. 18-27

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiadamy:
W odniesieniu do części 5 poz. 18-27, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65 brzmi:
Część 6 poz. 40, poz. 42
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66 brzmi:
Dotyczy Części 6,Pozycja 5
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania igły 0,45 x 22.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły 0,45 x 22 mm, ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 brzmi:
Dotyczy Części 6
Pozycja 33
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Strzykawek w opakowaniach a`80 szt. z przeliczeniem ilości.
Odpowiadamy:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych w opakowania zbiorcze po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 11.04.2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 11.04.2017 r. o godz. 10.30.