



Warszawa, dn. 22 maja 2017 r.

L.dz. 138/2017

**Do wszystkich Wykonawców**  
**ZO/1/05/2017**

**Dotyczy:** pytań do postępowania w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę gazów medycznych.

**Pytanie nr 1 brzmi:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zastąpienie pozycji powietrze sprężone butla 5 l na butlę 10 l lub wyłączenie z tego pakietu i utworzenie nowego pakietu na ten asortyment.

Taka zmiana pozwoli na złożenie ofert większej ilości Oferentów co w rezultacie będzie korzystne finansowo dla szpitala.

**Odpowiadamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie do odrębnego pakietu ww. pozycji, butle powietrza sprężonego 5l są własnością Zamawiającego i są zamontowane do Ruchomego Stanowiska dla noworodków.

**Pytanie nr 2 brzmi:**


Czy w przypadku gazu medycznego, sprężonego, (50% podtlenek azotu + 50% tlen medyczny), Zamawiający wymaga, aby czas podawania leku wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ogólnodostępnej w bazie produktów leczniczych <http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl>, zawierającej listę produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

**Odpowiadamy:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 3 brzmi:**

Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?



**Odpowiadamy:**

Tak, zgodnie z SIWZ. Urządzenie będące przedmiotem zamówienia było wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu.

**Pytanie nr 4 brzmi:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie butli z gazem medycznym, mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% do 50% o pojemności wodnej 11 litrów (średnica 19 cm, wysokość 86 cm) i zawartości gazu 3,23 m<sup>3</sup> wraz z dzierżawą butli?

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Informujemy również, iż wymaganie Zamawiającego w Części 2 Formularza specyfikacji cenowej dotyczące butli o wymiarach: średnica max. 15 cm, wysokość max. 110 cm wskazuje konkretnego Wykonawcę i jednocześnie nie ma uzasadnienia, gdyż butle mieszaniny gazu tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% do 50% użytkowane są na pasujących do nich wózkach transportowych/stojakach.

Jednocześnie zobowiązujemy się do należytego przeliczenia liczby butli i gazu, tj.: 89 butli x 2,8 m<sup>3</sup> gazu = 249,2 m<sup>3</sup> gazu : 3,23 m<sup>3</sup> gazu = 77,15 butli, czyli w zaokrągleniu w górę 78 butli (251,94 m<sup>3</sup> gazu).

W przypadku zgody Zamawiającego prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w formularzu cenowym.

**Odpowiadamy:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli o innej pojemności zawierającej od 8 do 12 litrów, z przeliczeniem ilości butli, przy założeniu, że ilość zamawianego gazu jest niezmienna.

W przypadku gdy podczas przeliczenia uzyskuje się niecałkowitą liczbę butli, należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W Formularzu Specyfikacji Cenowej Część 2, poz. 1, kol. 4 należy wpisać odpowiednią ilość butli.

**Pytanie nr 5 brzmi:**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie przewodu do zaworu dozującego tlen medyczny i podtlenek azotu w proporcjach 50% do 50% o długości min. 3 metry.

Wymaganie Zamawiającego wskazuje konkretnego Wykonawcę, a jednocześnie nie ma uzasadnienia, gdyż gaz podawany jest z butli umieszczonej na mobilnym wózku transportowym/stojaku.

**Odpowiadamy:**

Tak, Zamawiający dopuści przewód do zaworu dozującego o dł. 3m.

**Pytanie nr 6 brzmi:**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu: „zawór wydechowy musi być jednorazowy”. Prawdopodobnie wkraśl się błąd, gdyż zawory dozujące są wielokrotnego użytku, natomiast jednorazowe są ustniki/maski.

**Odpowiadamy:**

Zamawiający wyjaśnia: zawór wydechowy jest wielokrotnego użytku, natomiast ustniki i maski jednorazowego użytku.

Odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KIEROWNIK  
Plac Administracyjny Gospodarczego  
Krzysztof Silny