



SZPITAL SPECJALISTYCZNY „INFLANCKA”  
im. Krysty Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ



Warszawa, dn. 29 sierpnia 2017 r.

L.dz. 4143/2017

**Do wszystkich Wykonawców  
przetargu nieograniczonego  
P/23/OBŁOŻENIA/2017**

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 Pzp, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysty Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1 dotyczące Części 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 alternatywnego rozwiązania tj. zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (PP + PE) o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> Gramatura obszaru wzmocnień min. 132 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>.
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z PN EN 13795

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 2 dotyczące Części 1, poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 alternatywnego rozwiązania tj. zestawu brzuszno-kroczonego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (PP + PE) o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> Gramatura obszaru wzmocnień min. 132 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>



*Ch*

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysty Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6 \* 00-189 Warszawa \* tel. sekr. 22-8316110 \* sekretariat@inflancka.pl \* tel. centr. 22-6973201

Regon: 013003050 \* NIP: 525-20-94-693 \* Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: W-14-000000007170

Organ tworzący: Miasto Stołeczne Warszawa

www.inflancka.pl

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa o wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów
  - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką;
  - Możliwość dostarczenia wraz z zestawem, indywidualnie pakowanych elementów tj.;
  - Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x40 cm.;

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z PN EN 13795

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 3 dotyczące Części 1, poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z zadania nr 3 i utworzenie z niej osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4 dotyczące Części 1, poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 4 zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej ( PP + PE) o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>,

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem.
- 1 nieprzylepna serweta pod poślądki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 1 ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zestaw zgodny z PN EN 13795

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5 dotyczące Części 1, poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 49,5 cm H<sub>2</sub>O. Poziom pylenia Log10 2.5. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, umożliwiającej identyfikację przed rozłożeniem, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm .

Pakowany w torebkę –papier/folia, zamykaną przez zgrzanie. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji

h

oraz 2. samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Produkt zgodny z normą PN EN 13795, dostępny w rozmiarach : M, L, XL, XXL, XXXL

SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
163cm	65cm
167cm	72cm
171cm	80cm
175cm	86cm
180cm	90cm
+/- 2cm	+/- 1,5cm

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 dotyczące Części 1, poz. 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacniany wewnątrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>

Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Poziom pylenia Log10 2.5. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40cm.

Pakowany w torebkę –papier/folia, zamykaną przez zgrzanie. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu

Wyrób spełnia wymagania normy PN EN 13795 dostępny w rozmiarach : M, L, XL, XXL, XXXL

SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
163cm	65cm
167cm	72cm
171cm	80cm
175cm	86cm
180cm	90cm
+/- 2cm	+/- 1,5cm

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

ch

**Pytanie nr 7 dotyczące Części 1, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowana serweta wyposażona była w przyklepny otwór?

**Odpowiadamy:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8 dotyczące Części 1, poz. 9-11**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z zadania nr 1 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców na złożenie ofert, zwiększając tym samym konkurencyjność postępowania

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9 dotyczące Części 1, poz. 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji samoprzylepnej kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30x40 cm.

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 10 dotyczące Części 1, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 serwety na stolik Mayo wykonanej z folii o PE o gramaturze min. 60 mikronów, wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiadamy:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 11 dotyczące Części 1, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowana serweta posiadała wzmocnienie na całej swojej długości?

**Odpowiadamy:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

**Odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego "INFLANCKA"  
im. Krysty Nizyńskiej "Zakurzone"

lek. med. Krzysztof Romanowski

Specjalista  
ds. zamówień publicznych

Anna Górka