



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY „INFLANCKA”
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ**



Warszawa, dn. 9 października 2017 r.

L.dz. 9263/2017

**Do wszystkich Wykonawców
ZO 03/09/2017**

Dotyczy: pytań do postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę aparatów do elektrochirurgii, spr. nr ZO 03/09/2017.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 1

Czy Zamawiający używając sformułowania „cięcie mieszane” ma na myśli cięcie mieszane z min 3 stopniami hemostazy?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat, w którym koagulacja monopolarna kontaktowa ma moc max. 250 W, koagulacja miękka 120 W, koagulacja forsowna 250 W?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat, w którym moc funkcji spray wynosi 120 W?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny inne możliwości komunikacji aparat-użytkownik, jak np. ekran dotykowy?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat, w którym istnieje możliwość ustawienia automatycznego rozpoczęcia pracy ze zwłoką od 0,1 sek. do 3 sek. ?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny moc cięcia bipolarnego 120 W?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6 * 00-189 Warszawa * tel. sekr. 22-8316310 * sekretariat@inflancka.pl * tel. centr. 22-8311241
Regon: 013003050 * NIP: 525-20-94-693 * Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: W-14-000000007170
Organ tworzący: Miasto Stołeczne Warszawa www.inflancka.pl



Pytanie 7**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby cięcie bipolarne z mocą min. 150 W można było zastosować do chirurgii otwartej i do laparoskopii?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 8**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat do elektrochirurgii, w którym moc cięcia bipolarnego w środowisku soli fizjologicznej wynosi 250 W a koagulacji 350 W, w zastosowaniu do pętli histeroskopowych bipolarnych oraz do pętli urologicznych bipolarnych?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 9**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 7**

Czy Zamawiający rozumie cięcie endoskopowe jako system endocut – naprzemiennego cięcia i koagulacji uruchamianej z włącznika nożnego żółtym przyciskiem, możliwością ustawienia hemostazy w min 9 stopniach w zależności od usuwanej zmiany oraz możliwością ustawienia programu do usuwania polipów i do nacięcia brodawki większej dwunastnicy?

Zgodnie z opisem ZO.

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 10**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści do oceny aparat o poborze mocy max: praca monopolarna 400 W w obciążeniu 500 Ohm, praca bipolarna 350 W przy obciążeniu 25 Ohm?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 11**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 8**

Czy zamawiający przez sformułowanie „trzy wejścia” rozumie trzy gniazda do podłączenia narzędzi w tym dwa monopolarne (3pin) i jedno bipolarne (2pin)?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 12**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści do oceny aparat posiadający dwa gniazda bipolarne?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 13**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 10**

Czy zamawiający wymaga aby aparat do elektrochirurgii wyświetlał/komunikował o nieprawidłowym podłączeniu płytki biernej jednorazowej dwudzielnej, w kolorze czerwonym?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 14**Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 10**

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym wyświetlacz poprawnego podłączenia jest ikoną płytki dwudzielnej wyświetlaną na wyświetlaczu (poprawna na zielono), niewłaściwe podłączenie na czerwono włączenie z sygnałem alarmu?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 12 i 13

Czy zamawiający dopuści do oceny aparat, w którym wszystkie parametry regulacji mocy są ustawione z krokiem co 1 W?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z opisem ZO.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 1 do oferty, pozycja 16

Czy Zamawiający używając sformułowania „Możliwość pracy z elektrodami jednorazowymi” ma na myśli elektrody bierne czy elektrody czynne?

Odpowiadamy:

Zgodnie z opisem ZO.

Odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, w związku z powyższym ulega zmianie termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2017 r. do godz.12:00.

