



Warszawa, dn. 13 listopada 2017 r.

L.dz. 536.7/2017

**Do wszystkich Wykonawców
przetargu nieograniczonego
P/24/FIZELINA/2017**

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 Pzp, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów z fizeliny, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepki dostępne tylko w kolorze niebieskim lub zielonym?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze min. 18g/m²?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuszcza o gramaturze min. 18g/m², ale nie wymaga.

Pytanie 3

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny o gramaturze min. 19g/m²

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny o gramaturze min. 19g/m².

Pytanie 4

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni z folii w rozmiarze 71x116cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni z folii w rozmiarze 71x180cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Część 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni z folii w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm, wykonany z folii o grubości 0,02mm, pakowane indywidualnie w opakowanie zbiorcze a'100sztuk?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści proponowanego kompletu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Część 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet ubrań wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Część 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne w rozmiarach S-XXL?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² dostępna w rozmiarach S-XXL?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 800ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Część 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze niebieskim?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści podkład w kolorze niebieskim.

Pytanie 13

Część 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkład posiadający 80listków w rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy:

Tak Zamawiający dopuści podkład posiadający 80listków w rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 14

Część 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Część 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkład z 50 listkami na rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści podkład z 50 listkami na rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 16

Część 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Część 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści podkład z 50 listkami na rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści podkład z 50 listkami na rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 18

Część 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiar: 100 x 225cm z wkładem chłonnym; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, rdzeń chłonny pikowany, część zewnętrzna laminat nieprzemakalny, o chłonności min. 3850 ml?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Część 1, pozycja 1, 2, 6, 8, 9, 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy PN 13795- 1, 2,3 która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym, a nie podstawowej bielizny szpitalnej oraz podkładów?

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Część 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści włókninowe ochraniacze z warstwą antypoślizgową?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 21

Do Umowy §4 ust. 5

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Do SIWZ

Prosimy o informację, który termin wykonania zamówienia jest poprawny, czy ten w §5 SIWZ tj. 14 miesięcy, czy ten zawarty w §3 ust 1 umowy tj. 12 miesięcy?

Odpowiadamy:

Termin wykonania zamówienia - 12 miesięcy .

Zamawiający poprawia omyłką pisarską w SIWZ i §5 SIWZ otrzymuje brzmienie „Wymagany termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania wartości umowy”.

Pytanie 23

Część 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm i perforacji co 50cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiadamy:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Część 1, poz. 13

Czy Zamawiający wyłączy pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Część 2, poz. 3

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w przywołaniu normy? Czy Zamawiający miał na myśli PN EN ISO 15223 w miejsce PN EN ISO 12553?

Odpowiadamy:

Tak zaistniała pomyłka . Winno być w Części 2, poz. 3 ... Wyrób zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi: PN EN ISO 15223-1:2012; PN EN ISO 14971:2012.

Pytanie 26

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “Zwłoki”?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 27

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 28

Dotyczy zapisów umowy:

Par. 9 ust. 2a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana nie ulegała wartości netto, a brutto odpowiednio się zmieniła?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Część 1

Czy zamawiający w poz. 1-2 dopuści czepki zgodne z normą nr 13485?

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Część 1

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści czepki w kolorze zielonym?

Odpowiadamy:

Zamawiający oczekuje czepków w kolorze niebieskim, zielonym, białym.

Pytanie 32

Część 1

Czy zamawiający w poz. 1 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę z przeliczeniem za opakowanie 100 szt.

Pytanie 33

Część 1

Poz. 2 czy zamawiający w poz. 2 dopuści czepki w kolorze zielonym?

Odpowiadamy:

Zamawiający oczekuje czepków w kolorze niebieskim, zielonym, białym.

Pytanie 34

Część 1

Poz. 2 czy zamawiający dopuści czepek o Gramaturze 25g/m² ?

Odpowiadamy:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 35

Część 1

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiadamy:

Tak, Zamawiający dopuści wycenę z przeliczeniem za opakowanie 100 szt.

Pytanie 36

Część 1

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1,2 do osobnego pakietu?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Część 1

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 6 do osobnego pakietu?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Część 1

Poz. 6 czy zamawiający w poz. 6 dopuści fartuch ochronny włókninowy wiązany na troki, z rękawem zakończonym ściągaczem, o dużej wytrzymałości, gram. 20 g/m², zielony, rozm. uniwersalny, zgodny z normą 13485?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Część 1

poz. 10-11 Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 10-11 do osobnego pakietu?

Odpowiadamy:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Część 1

Poz. 10-11 czy zamawiający dopuści maskę medyczną 3 warstwową z dużą przepuszczalnością powietrza, z wkładką modelującą nos, niepyląca, hipoalergiczna, włókninowa, w kolorze zielonym, opak. 50 szt, zgodne z normą 14683 typ II, poz. 10 z gumką, poz. 11 na troki?

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Część 1

Poz. 20 czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu foliowe, wytrzymałe, nieprzemakalne, z gumką, w kolorze niebieskim, opakowanie 100 szt. ?

Odpowiadamy:

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert, ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00.

KIEROWNIK
Biura Administracyjno-Gospodarczego
Krzysztof Silny