



Warszawa, dn. 21 marca 2018 r.

L.dz. 1376./2018

**Do wszystkich Wykonawców  
przetargu nieograniczonego  
P/05/PRZEGLĄDY/2018**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), poniżej przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą treści SIWZ:

**Pytania od Wykonawcy nr 1**

**„Pytanie nr 1**

**Dotyczy SIWZ Rozdział I § 1 pkt. 7 litera b w związku z Załącznikiem nr 5 „Wzór umowy” § 3 ust. 16**

„udzielenie gwarancji producenta na wymienione części oraz 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę”

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi odpowiednio:

- a) na wymienione części – gwarancja producenta
- b) na wykonaną naprawę sprzętu – 12 miesięcy
- c) termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonania prac.

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów przedmiotowych punktów zgodnie z zapisem § 3 ust. 16 umowy.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający zmienia zapis **Rozdziału I § 1 pkt. 7 litera b** na „udzielenie gwarancji producenta na wymienione części oraz 12 miesięcy gwarancji na wykonaną naprawę sprzętu licząc od dnia odbioru wykonania prac”, zgodnie z zapisami par 3 ust. 16 Załącznika nr 5 do SIWZ "wzór umowy".

**Pytanie 2**

**Dotyczy SIWZ Rozdział I § 1 pkt. 10 w związku z Załącznikiem nr 5 „Wzór umowy” § 3 ust. 7 oraz 8**

Zamawiający zastrzega możliwość zakupu części zamiennych na własną rękę, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy sprzętu przy użyciu części dostarczonych przez Zamawiającego.

W przypadku dostarczenia części zamiennej przez Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy w ciągu 24 godzin od przekazania informacji o dostępności części na terenie szpitala.

Mając na uwadze zapewnienie właściwej, wysokiej jakości usług oraz zagwarantowanie poprawnej pracy aparatu i jego przydatności diagnostycznej oraz jak najdłuższej żywotności, firma TMS Sp. z o.o., jako autoryzowany przedstawiciel producenta, podczas czynności serwisowych może korzystać jedynie z oryginalnych części zamiennych, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zwracamy się z prośbą o dodanie do przedmiotowych punktów zapisu o treści „z wyłączeniem Pakietu nr 44”.

**Odpowiadamy:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3**

**„Dotyczy SIWZ Rozdział I § 1 pkt. 10 w związku z Załącznikiem nr 5 „Wzór umowy” § 3 ust. 7**

W przypadku konieczności użycia do naprawy części zamiennych, Wykonawca przedstawi w ciągu 24 godzin informację na temat rodzaju i oznaczenia potrzebnej części, a także przedstawi swoją ofertę cenową. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zakupu u Wykonawcy lub u innego podmiotu, który zaoferuje korzystniejsze warunki sprzedaży.

Mając na uwadze zapewnienie właściwej, wysokiej jakości usług oraz zagwarantowanie poprawnej pracy aparatu i jego przydatności diagnostycznej oraz jak najdłuższej żywotności, firma TMS Sp. z o.o., jako autoryzowany przedstawiciel producenta, podczas czynności serwisowych może korzystać jedynie z oryginalnych części zamiennych, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zwracamy się z prośbą wyłączenie możliwości zakupu części zamiennych u innego podmiotu poza Wykonawcą w odniesieniu do Pakietu nr 44.”

**Odpowiadamy:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4**

**„Dotyczy Załącznika nr 5 „Wzór umowy” § 3 ust. 5**

Awaria będzie usuwana po udostępnieniu przez Zamawiającego urządzenia, w którym występuje konieczność wykonania prac, z zastrzeżeniem iż czas reakcji nie może być dłuższy niż 6 godziny od zgłoszenia.

Z uwagi na konieczność przybycia serwisu, przeprowadzenia wnikliwej diagnozy stwierdzonej awarii oraz przygotowania kosztorysu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji „do 24 godzin od zgłoszenia”.

**Odpowiadamy:**

Zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zapisu w par. 1 ust.6 - załącznika nr 5 do SIWZ.

Ch

## **Pytania od Wykonawcy nr 2**

**„Pytanie 1:** dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Prosimy o skorygowanie nazw central monitorujących w pakiecie nr 6. Centrala monitorująca firmy Goldway ma symbol UT4800.

**Odpowiadamy:**

Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym w Pakiecie 6 na: „Centrala monitorująca firmy Goldway - symbol UT4800.”

Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2 zostaje umieszczony na stronie [www.ipzp.pl](http://www.ipzp.pl)

**„Pytanie 2:** dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Prosimy o skorygowanie nazwy producenta w pakiecie nr 6 – poprawna to Shenzhen Goldway Industrial Inc.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym central monitorujących w Pakiecie 6 na poprawną nazwę: „Shenzhen Goldway Industrial Inc”.

Zmieniony formularz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2 zostaje umieszczony na stronie [www.ipzp.pl](http://www.ipzp.pl)

**„Pytanie 3:** dotyczy SIWZ, rozdział I, §1, pkt 9

Proszę o usunięcie zapisu o dopuszczeniu do obrotu części zamiennych. Części serwisowe nie są same w sobie wyrobami medycznymi i w przypadku zamówienia ich oddzielnie stawka VAT wynosi 23%.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**„Pytanie 4:** dotyczy SIWZ, rozdział I, §1, pkt 10

Prosimy o dopuszczenie, aby w przypadku przeprowadzenia naprawy przy użyciu części zakupionych przez Zamawiającego, Wykonawca nie musiał udzielać żadnych gwarancji. Producent zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych, które gwarantują poprawną pracę urządzenia. Wykonawca nie może brać odpowiedzialność za część, której pochodzenia nie zna i która może spowodować np. uszkodzenie urządzenia.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**„Pytanie 5:** dotyczy

Prosimy o zamianę słowa „netto” na „brutto” w drugim zdaniu oraz ujednoczenie usługi tzn. „stawki roboczogodzinach za naprawę” w obu zdaniach.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający zmienia zapis formularza ofertowego, pkt 1b, który otrzymuje brzmienie:

„b) Wartość netto stawki roboczogodziny za naprawę ..... zł,  
słownie: .....

Wartość brutto stawki roboczogodziny za naprawę ..... zł, słownie:  
.....,

w tym należny podatek VAT.....% .

Zmieniony formularz ofertowy – Zał. nr 1 zostaje umieszczony w dokumentacji postępowania na stronie [www.ipzp.pl](http://www.ipzp.pl)

**„Pytanie 6:** dotyczy wzoru umowy, §3, ust. 5  
Prosimy o dopuszczenie 12-godzinnego czasu reakcji”

**Odpowiadamy:**

Zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zapisu w par. 1 ust.6 - załącznika nr 5 do SIWZ.

**„Pytanie 7:** dotyczy wzoru umowy, §3, ust. 7  
Prosimy o wydłużenie czasu na przedstawienie oferty cenowej do 48 godzin.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**„Pytanie 8:** dotyczy wzoru umowy, §3, ust. 8  
Prosimy o wydłużenie czasu na dokonanie naprawy do 72 godzin.”

**Odpowiadamy:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

KIEROWNIK  
Pionu Administracyjno-Gospodarczego

Krzysztof Silny

ch