



Warszawa, dnia 22.05.2018 r.

L.dz. 2472.../2018

**Do wszystkich Wykonawców  
przetargu nieograniczonego  
P/10/SZEWNE/2018**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów szewnych**, spr. nr **P/10/SZEWNE/2018**

**WYJAŚNENIA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579), poniżej przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą treści SIWZ:

**Pytanie od Wykonawcy nr 1**

Pytanie 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycje 1-20 oraz 30 dopuści szwy, które mają zdolność podtrzymywania tkankowego po 21 dniach co najmniej 25% (zamiast po 28 dniach co najmniej 25%), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że obecnie dostarczamy do Państwa szwy o takich parametrach.

**Odpowiadamy :** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 30 dopuści szew niebarwiony (zamiast barwionego), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Wskazany szew jest obecnie dostarczany do Państwa szpitala.

**Odpowiadamy :** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ należy traktować, jako integralną część SIWZ.**

**Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert z dnia 24.05.2018r na dzień 28.05.2018 do godz. 10:00.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

KIEROJNIK  
Pionu Administracyjno-Gospodarczego

Krzysztof Siłny