



Warszawa, dnia 20.06.2018 r.

L.dz. 2997.../2018

**Do wszystkich Wykonawców
przetargu nieograniczonego
ZO/01/06/SZEWNE/2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawy **taśm i systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu** spr. nr ZO/01/06/2018/

WYJAŚNIENIA

Zamawiający poniżej przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego oraz jej zmianą :

Pytanie od Wykonawcy nr 1

Pytanie 1 - Zapytanie nr 1 do pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

Taśma podcewkowa TOT- -System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet
.Parametry:

1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m²
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. 5.
Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępem przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out .

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

Odpowiadamy : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - Zapytanie nr 4 do pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

OPHIRA (mini sling system)-system do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia .*Parametry:*

1. System jednorazowy

2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa , składająca się z części podcwkowej oraz z ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym .

3. Termoszczelne brzegi taśmy

4. Jednorazowy , wysuwany, ergonomiczny przewodnik o średnicy 2,2 mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy.

5. Niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy

6. Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

Odpowiadamy : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 3 do pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy .

Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcwkowym . Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

Odpowiadamy : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe wyjaśnienie treści Specyfikacji Zapytania ofertowego należy traktować, jako integralną część Specyfikacji.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Pionu Administracyjno-Gospodarczego

Krzysztof Silny