



Warszawa, dn. 18.09.2018 r.

L.dz. 4514.../2018

**Do wszystkich Wykonawców
przetargu nieograniczonego
P/14/LEKI/2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych spr. nr P/14/LEKI/2018

WYJAŚNENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), poniżej przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ oraz zmianą treści SIWZ:

Pytania od Wykonawcy Nr 1

Pytanie 1 Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 16 pozycja 11 i 12 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga.

Pytania od Wykonawcy Nr 2

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie 26 - Sevofluran wymaga użyczenia/dzierżawy parowników? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie wymaganej ilości parowników i modeli aparatów do znieczulenia

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga na żądanie bezpłatnego użyczenia 5 szt. parowników wraz z ich bezpłatną kalibracją oraz serwisem i gwarancją producenta przez cały okres obowiązywania umowy. Model aparatu do znieczulenia: Fabius Tiro. Ze względu na ograniczenie ryzyka stłuczenia Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu leczniczego konfekcjonowanego w butelkach innych niż szklane.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 26- Sevofluran wyrazi zgodę na zakup preparatu w opakowaniach producenckich po 6 szt.?

Odpowiadamy: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania od Wykonawcy Nr 3

Pytanie 1: Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji nr 13 i 19 wymaga, aby oferowany płyn fizjologiczny spełniał zapisy najnowszych Polskich Wytycznych Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295 mosm/l?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ

Pytania od Wykonawcy Nr 4

Pytanie 1: Prosimy o wydzielenie z pakietu 22 pozycji 4 Wapno Sodowane i dopuszczenie do zaoferowania Wapna Intersorb Plus renomowanej firmy Intersurgical o wydajności od 120 do 170 L/Kg oraz stopniu pylistości nie przekraczającej 0,3%

Odpowiadamy: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 22 pozycji 4 (wapno sodowane). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wymienionego produktu z zastrzeżeniem, że oferowany produkt musi wyraźnie zmieniać barwę z białej na fioletową.

Odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KIEROWNIK
Pionu Administracyjnego
Krzysztof S.