



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY „INFLANCKA”
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ**



Warszawa, dnia 18 października 2018 r.

L.dz. 5127./2018

**Do wszystkich Wykonawców
ZO 03/10/2018**

Dotyczy: pytań do postępowania w trybie zapytania ofertowego na
„Dostawy artykułów do sterylizacji” spr. nr ZO 03/10/2018

Wykonawca 1

Pytanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiadamy : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 2- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 55mm zamiast 50mm?

Odpowiadamy : Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 3 -Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 60mm zamiast 65mm?

Odpowiadamy : Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 80mm?

Odpowiadamy : Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6 - Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią 7-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pozostałe zapisy treści zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Pionu Administracyjno-Gospodarczego

Krzysztof Silny

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Inflancka 6 * 00-189 Warszawa * tel. sekr. 22-8316310 * sekretariat@inflancka.pl * tel. centr. 22-8311241

Regon: 013003050 * NIP: 525-20-94-693 * Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: W-14-00000007170

Organ tworzący: Miasto Stołeczne Warszawa

www.inflancka.pl

