



# ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE

Członek Europejskiej i Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie posiadacz Certyfikatu  
ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. ISO 22000:2005

Dyrektor dr n. med. Norbert Krajczy

ul. Bohaterów Warszawy 34 48-300 Nysa.

Szpital w Nysie im. Bł. s. Elżbietanki Marii Merkert

tel. +48 77 4087830 faks +48 77 4333038 e-mail: [sekretariat@zoznysa.pl](mailto:sekretariat@zoznysa.pl), [www.zoznysa.pl](http://www.zoznysa.pl)

Szpital w Paczkowie im. Św. Jana Pawła II

telefon / faks +48 77 4390300

„Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej opieki w zdrowiu i w chorobie”

Nysa, dnia 22.06.2021r.


Nr ZZP-344/27/2021



Złota Statuetka Perły  
Medycyny 2013



Diamenty Polskiej  
Jakości 2016



Lider Polskiego  
Lecznictwa 2015



Rzetelni w Ochronie  
Zdrowia 2014

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

### Pytanie nr 1

#### DOT. SWZ

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z SWZ.

### Pytanie nr 2

#### DOT. SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

**Odpowiedź:** Wymiana części i naprawy będą odbywać się na osobne zlecenie ZOZ Nysa. Zamawiający do przeprowadzenia przeglądów i napraw będzie wymagał zastosowania wyłącznie części nowych i oryginalnych.

### Pytanie nr 3

#### DOT. SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi, a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga czynności zgodnie z zapisami w SWZ.

### Pytanie nr 4,

#### DOTYCZY PAKIETÓW 8, 9, 12, 44 i 46

Czy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagał od wszystkich Wykonawców następujących dokumentów:

- instrukcji serwisowych wytwórcy
- procedury i czynności serwisowe do wykonania określone przez wytwórcę

- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego
- w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia
- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia
  - dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową?
- Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 5**

**DOTYCZY PAKIETÓW 8 i 9**

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają dodatkowe monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też posiadają moduły gazowe, które należy w kalkulować w cenę?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że aparaty znieczulające nie posiadają dodatkowych monitorów.

**Pytanie nr 6**

**DOTYCZY PAKIETÓW 8, 9 i 12**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagać wykonania przeglądu aparatów do znieczulania i inkubatora zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, liczonego od daty instalacji? Jeśli tak, to czy części w kalkulować w cenę przeglądu czy będą rozliczane na osobnej ofercie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wymiana części odbywać się będzie na osobne zlecenie ZOZ Nysa.

**Pytanie nr 7**

**DOT. BHP**

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

- a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
- b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,
- c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na ww. zapis. W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma. Jest on obowiązujący dla Wykonawców.

**Pytanie nr 8**

**DOT. Instrukcje i zalecenia producenta**

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania umowy zgodnie z najnowszymi wymaganiami producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnymi instrukcjami w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 9**

#### **DOT. Siła Wyższa:**

Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej projektowanych postanowień umowy proponujemy zawarcie precyzyjnego uregulowania w tym zakresie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następujących postanowień:

„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 10**

#### **DOT. Umowa o przetwarzanie danych osobowych**

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć

**Odpowiedź:** Przedmiotem umowy jest przegląd techniczny urządzeń medycznych polegający na sprawdzeniu parametrów pracy, kalibracji, ewentualnie przeprowadzenie testu. Zatem nie powinno dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych pacjentów.

### **Pytanie nr 11**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Zestawach nr 2, 16, 49 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 12**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Zestawach nr 2, 16, 49 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 13**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Zestawach nr 2, 16, 49 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wszelkie dodatkowe prace będą miały miejsce po wykonanym przeglądzie jako osobne zlecenie za zgodą dyrekcji ZOZ Nysa.

### **Pytanie nr 14**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy

i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wszelkie dodatkowe prace będą miały miejsce po wykonanym przeglądzie jako osobne zlecenie za zgodą dyrekcji ZOZ Nysa.

#### **Pytanie nr 15**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840) oraz co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga, aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wyceny powyższych akcesoriów i jednocześnie informuje, że wszelkie dodatkowe prace będą miały miejsce po wykonanym przeglądzie jako osobne zlecenie za zgodą dyrekcji ZOZ Nysa.

#### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 urządzeń z pozycji 1, 2, 3, 8, 9 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis JEDYNNIE respiratorów Smiths dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

1. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1.

Prosimy o podanie terminów przeglądu respiratorów Smiths z pakietu nr 3.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o objęcie respiratorów Smiths z pakietu nr 3 bezwzględnym wymogiem posiadania min. 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 17**

##### **Dotyczy części 32**

W związku z tym, że producent sterylizatorów w części nr 32 zaleca 2 przeglądy w roku dla każdego ze sterylizatorów, bardzo proszę o tą zmianę do wyceny w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na 2 przeglądy do części nr 32. W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 2 do SWZ. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma. Jest on obowiązujący dla Wykonawców.

#### **Pytanie nr 18**

##### **DOT. Rozdział VII, pkt. d)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pracownicy wykonawcy wykonujący usługę serwisu posiadali tylko świadectwa kwalifikacyjne SEP E, które są wystarczające dla osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie nr 19**

##### **DOT. Załącznik nr 6, §5 ust. 1 pkt 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kary umownej do 25% wartości Przedmiotu Zamówienia brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 20**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust 1-3:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy wskazanej w § 2 ust 2;
- 2) za każdy dzień zwłoki w przypadku naruszenia terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanego w terminie przeglądu, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanego w terminie przeglądu
- 3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapis w §5 wzoru umowy na następujący:

1. „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) ) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy – w wysokości 10% wartości brutto Umowy w części wskazanej w § 2 ust 2;
  - 2) za każdy dzień zwłoki w przypadku naruszenia terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy;
  - 3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości Przedmiotu Zamówienia brutto.
3. Strona, która na skutek zagrożenia epidemicznego (koronawirus) nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o tych okolicznościach, określając ich wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych.
4. W przypadku, gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Prawa Cywilnego.”

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy. Zmieniony załącznik zostaje dołączony do niniejszego pisma. Jest on obowiązujący dla Wykonawców.

### **Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis zgodny ze wzorem umowy w §6 pkt.4.

### **Pytanie nr 22**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego, o doprecyzowanie modelu respiratora oraz podanie roku produkcji.

**Odpowiedź:** Model respiratora: 1195, typ: Medumet, rok produkcji 2000.

**Pytanie nr 23**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wskazanie terminu wykonania przeglądu.

**Odpowiedź:** Terminy przeglądów ustalone będą po zakończeniu przetargu. Ustalanie terminów przeglądu będzie zależne od miejsca pracy urzędnika i należy uzgodnić ten termin pisemnie lub pocztą elektroniczną ewentualnie telefonicznie z Zamawiającym.

Jednocześnie, Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert **do dnia 25.06.2021r. do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 25.06.2021r. od godz. 09:15.**

Zamawiający

Zastępcą Dyrektora  
ds. ekonomicznych  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie  
*mgr Krystyna Strzelska*



Załącznik nr 2 do pisma  
z dnia 22.06.2021 r.

Załącznik Nr 6 do SWZ  
znak: ZZP-344/27/2021

## WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ..... w Nysie, pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, wpisanym do KRS nr 8478 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, zwanym dalej "Zamawiającym" w imieniu którego działa:

Dyrektor - dr n. med. Norbert Krajczy

a przedsiębiorcą: ..... z siedzibą w ..... –  
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ..... z dnia ..... lub wpisu do rejestru przedsiębiorców numer KRS ..... w Sądzie

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ....,
2. ....

o następującej treści:

### § 1

W wyniku złożonej oferty na **wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie**, zgodnie z wytycznymi producenta danego urządzenia określonymi w dokumentacji technicznej urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądu urządzeń stanowiących sprzęt medyczny –wymienionych szczegółowo w Części nr ....., zgodnie z formularzem-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy – zwanej dalej „**Przedmiotem Zamówienia**”.

### § 2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego/ a w przypadku zamówienia w Części nr ..... - także w miejscowości: Paczków.
2. Strony ustalają ogólną wartość Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty:  
Część Nr .....  
.....zł. netto (słownie złotych: .....  
.....zł. brutto (słownie złotych: .....
3. Wykonawca gwarantuje cenę netto przez okres trwania Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach umowy. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego wykonania przeglądów dla poszczególnego sprzętu medycznego objętego Umową na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zleceń, uzależnionych od konieczności terminowego wykonania przeglądów danego sprzętu - nie później jednak niż w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania ww. zlecenia, po uprzednim szczegółowym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.



2. Wykonawca zobowiązany jest, po wykonaniu przeglądu, dokonać wpisu do Paszportu Technicznego urządzenia o jego dopuszczeniu do eksploatacji lub wyłączeniu z dalszej pracy oraz potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy / raporcie serwisowym.
3. Jeżeli w wyniku przeglądu zostanie stwierdzona usterka sprzętu, której usunięcie wykracza poza zakres przeglądu, wówczas naprawa będzie mogła być wykonana tylko na podstawie odrębnego zlecenia, zatwierdzonego przez Dyrektora ZOZ Nysa.
4. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:
  - a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;
  - b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,
  - c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)

#### § 4

Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy.

#### § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - 1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy – w wysokości 10% wartości brutto Umowy w części wskazanej w § 2 ust 2;
  - 2) za każdy dzień zwłoki w przypadku naruszenia terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy;
  - 3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości Przedmiotu Zamówienia brutto.
3. Strona, która na skutek zagrożenia epidemicznego (koronawirus) nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o tych okolicznościach, określając ich wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych.
4. W przypadku, gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Prawa Cywilnego.

#### § 6

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy nastąpi w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej faktury korygującej.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę bezpośrednio do Zamawiającego na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34 lub przekazać fakturę za pośrednictwem PEF NIP 7531967997.
5. Wykonanie Umowy stwierdzone będzie protokołem powykonawczym / raportem serwisowym - spisany przez obie Strony i dołączany do faktury.
6. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, dla Stron wiążącą będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

**§ 7**

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

**§ 8**

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 9**

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§ 10**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy – Kodeksu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o sprzedaży oraz przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 12**

1. W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony postarają się załatwić go polubownie.
2. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**